











NK2 SK2

## listado de referencias

### CONJUNTO ROTULA






9631	ARANDELA PLANA		
9641	ARANDELA INCLINADA 15°		
9635 K*	ROTULA HEXAGONAL		
9635*	ROTULA ROSCADA		
9635 KL**	ROTULA HEXAGONAL LARGA		
9635 L**	RÓTULA ROSCADA LARGA		
9636*	ROTULA HEXAGONAL ANGULADA 15°		
9625	CAPUCHON ROTULA		
8041 C	ADAPTADOR HEXAGONAL CORTO GUÍA PARA DINAMOMÉTRICA		
8041 L	ADAPTADOR HEXAGONAL LARGO GUÍA PARA DINAMOMÉTRICA		
8041 LR	ADAPTADOR HEXAGONAL CON GUÍA LARGA PARA DINAMOMÉTRICA		

\*TORNILLO DE FIJACIÓN CRUCIFORME DE APRIETE BAJO, REF. SK 8025

\*\* TORNILLO DE FIJACIÓN CRUCIFORME DE APRIETE MEDIO, REF. S 8012



### CONJUNTO TORNILLO BOLA

8030	CASQUILLO BOLA HEXAGONAL [3.5 MM]		
8050	CASQUILLO BOLA LARGO CIRCULAR [5.5 mm]		
SK 8030	CASQUILLO BOLA ROSCADO [3.5 mm]		
SK 9610	TORNILLO BOLA		
SK 9610 L	TORNILLO BOLA LARGO		
9620	CAPUCHON BOLA		

Indicado su uso en situaciones de grosores de encía superiores a 2.2 mm.



### Advertencia/Nota:

**No ejercer fuerzas superiores a 25 Ncm.**

Todos los productos KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM cumplen con las leyes y regulaciones aplicables a los dispositivos médicos tales como: Directivas europeas MDD 93/42/ECC modificada por 2007/47EC · Regulaciones de los Estados Unidos US FDA 21CFR 820 · Normas de Calidad EN ISO 13485 y otras normativas y regulaciones aplicables.



SOADCO S.L. es fabricante de material médico-quirúrgico, concretamente de implantes dentales, y de productos médico-quirúrgicos relacionados, siendo KLOCKNER S.A. el distribuidor oficial en España y representante autorizado para la CE de dicho material. Los productos descritos en este documento son para su adquisición y uso, únicamente por profesionales médicos debidamente entrenados y cualificados en el sector, y no deben ser revendidos. Por otra parte, el cambio, reparación, o reembolso de este material, se realizará tal y como se expone por escrito en el dorso de la hoja de factura, "condiciones de venta". Los dispositivos descritos en este documento son fabricados por: SOADCO S.L. · Avda. Fiter i Rossell, 4 bis local nº 2 · ESCALDES-ENGORDANY · ANDORRA. Y distribuidos en España por: KLOCKNER S.A. · Vía Augusta, 158 9ª planta · 08006 · BARCELONA.


Solo para USA: SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. no practican medicina y por tanto no recomiendan ni técnicas quirúrgicas ni material médico-quirúrgico a pacientes. SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. no garantizan un resultado en particular o beneficios derivados del uso de dicho material médico-quirúrgico fabricado y/o vendido por ellos mismos, y declinan/niegan cualquier responsabilidad en lo que respecta al uso de dicho material acerca de la interpretación de la información descrita en este documento, ya que no puede garantizar la obtención de un resultado concreto. Cualquier testimonio, opinión o instrucción descrita en este documento y atribuido a cualquier profesional médico, clínico, investigador, o cualquier personal cualificado, son los testimonios, opiniones e instrucciones de dichas partes, y no son testimonios, opiniones o instrucciones realizadas por empleados de SOADCO S.L. o KLOCKNER S.A. Por tanto ni SOADCO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de ninguna afirmación o declaración realizadas por dichas partes. El uso y/o la elección de un tratamiento indebido de cualquier material médico y/o quirúrgico descrito en este documento, es únicamente responsabilidad del usuario de dicho material. SOADCO S.L. y KLOCKNER S.A. se reservan el derecho tanto de modificar el material médico - quirúrgico descrito en este documento y de cambiar su especificación, así como de interrumpir la venta del mismo en cualquier momento. Ni SOADCO S.L. ni KLOCKNER S.A. son responsables de las consecuencias, daños o incidentes derivados de su mal uso, ya sea del uso de dicho material únicamente o en combinación con otros productos.

### ADVERTENCIA:

**NO TODOS LOS PRODUCTOS KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS PAÍSES.**



[www.klocknerimplantsystem.com](http://www.klocknerimplantsystem.com)



**klockner**® implant system

# SOBREDENTADURAS

**CONJUNTO DE RÓTULA ESTANDAR**

Dos tipos de arandela, arandela plana, Ref. 9631 y arandela inclinada, Ref. 9641. El uso de la arandela inclinada permite la corrección del eje implantario, facilitando la entrada axial de la sobredentadura.


Indicado en situaciones en las que los implantes están expuestos, siendo la altura transmucosa de 0.6 mm. Para la correcta colocación de la rótula, ya sea roscada o hexagonal, se debe utilizar el destornillador manual hexagonal con guía, Ref. 8041 C – 8041 L.



**CONJUNTO DE RÓTULA ALTO**

Una única pieza que incluye el cuello transmucoso, elevando el apoyo del capuchón retentivo 2.2 mm por encima del hombro del implante. Para su correcta colocación se debe utilizar el destornillador manual hexagonal con guía larga, Ref. 8041 LR.

La versión angulada de 15° permite tanto elevar el apoyo del capuchón retentivo [2.5 mm en su parte más baja y 3.8 mm en su parte más alta] como corregir el eje del implante, buscando el paralelismo con el resto de rótulas, facilitando la entrada axial de la sobredentadura.



**SOBREDENTADURAS SOBRE EL HEXÁGONO NK2 SK2**

HEXÁGONO	9631 9641	9635 K	SK 8025	9625
	9635 KL	S 8012		
	9636	SK 8025 SK 8045		
	8030 8050	SK 9610 SK 9610 L		

**SOBREDENTADURAS SOBRE LA ROSCA DEL HEXÁGONO SK2**

ROSCA	9631 9641	9635	SK 8025	9625
	9635 L	S 8012		
	SK 8030 8050	SK 9610 SK 9610 L		


**TOMA DE IMPRESIÓN – FERULIZACIÓN CAPUCHONES RETENTIVOS**

La ferulización de los capuchones retentivos a la sobredentadura se recomienda realizarlo en boca, consiguiendo un ajuste totalmente pasivo. Para ello se transfiere al laboratorio la posición de los capuchones retentivos:

- 1.- Fijar los conjuntos de rótula sobre los implantes
- 2.- Colocar los capuchones retentivos sobre las rótulas
- 3.- Tomar la impresión. Los capuchones retentivos no deben quedar arrastrados en la impresión.
- 4.- Vaciar la impresión. Se obtiene un modelo de trabajo con la ubicación en escayola de los capuchones retentivos.

Una vez realizada la sobredentadura, con las oquedades correspondientes libres donde finalmente se instalarán los capuchones, procedemos a la activación de las rótulas en boca:

- 1.- Comprobar el correcto asentamiento de la sobredentadura con los conjuntos de rótula y los capuchones retentivos colocados sobre los implantes.
- 2.- Colocar unos protectores [Ej. diques de goma] para evitar que el posible excedente de resina se filtre bajo la arandela o cuello de la rótula.
- 3.- Preparar la resina autopolimerizable y colocar en las oquedades correspondientes.
- 4.- Inmediatamente posicionar la sobredentadura en boca y esperar la polimerización de la resina ejerciendo una presión constante sobre la sobredentadura [Máxima Intercuspidad].
- 5.- Retirar la sobredentadura, que ya contiene los capuchones incluidos.



**EN LA COLOCACIÓN DEFINITIVA, SE DEBE APLICAR UN TORQUE DE 25 NCM SOBRE LOS ADITAMENTOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE FIJACIÓN.**

**SOBREDENTADURAS**